厚生文教委員会報告書

令和8年9月14日

備前市議会議長　石　原　和　人　　殿

委員長　中　西　裕　康

令和8年9月14日に委員会を開催し、次のとおり議決したので議事録を添えて報告する。

記

案　　件	審査結果	少数意見
議案第105号　令和8年度備前市病院事業会計補正予算（第2号）	原案可決	なし

《　委員会記録目次　》

招集日時・出席委員等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1

開会‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2

議案第105号の審査　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　2

閉会‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　5

厚 生 文 教 委 員 会 記 録

招 集 日 時	令和8年9月14日（月）		本会議休憩中	
開議・閉議	午前9時55分	開会　～	午前10時07分	閉会
場所・形態	委員会室	会期中（第3回定例会）の開催		
出 席 委 員	委員長	中西裕康	副委員長	中村国広
	委員	立川　茂		西上徳一
		山本　成		藪内　靖
		奥道光人		藤原智恵
欠 席 委 員		なし		
遅 参 委 員		なし		
早 退 委 員		なし		
列 席 者 等	議長	石原和人		
傍　聴　者	議員	青山孝樹	議員	松本　仁
	議員	尾川直行	議員	森本洋子
	議員	石原髙志	議員	杉原五郎
	報道関係	なし		
	一般傍聴	なし		
説　明　員	病院総括事務長 兼吉永病院事務長	藤澤昌紀	備前病院事務長	小野田一義

審 査 記 録　　次のとおり

午前９時５５分　開会

○中西委員長　それでは、定足数に達していますので、委員会を開会いたします。

それでは、直ちに本委員会に付託された議案の審査を行います。

**********　議案第105号の審査　**********

議案第１０５号令和８年度備前市病院事業会計補正予算（第２号）についての審査を行います。

審査に当たりまして、執行部より御発言があります。

○小野田備前病院事務長　このたび急な御対応をいただきありがとうございます。今回、病院事業のほうから提出した補正予算につきましては、備前病院のエックス線ＣＴ装置の管球の故障に伴うものとなっています。当院のＣＴ装置につきましては、１日に約８件程度の使用となっており、日々の診療に欠かせないものとなっていることから、早急な対応が必要なため、追加議案として補正予算を提出させていただきました。

なお、このたびは機器購入での予算を計上しておりますが、修理やリース等についても検討した結果、購入するという判断に至っております。

また、財源の一部として、補助金として国民健康保険調整交付金を１１０万円計上させていただいております。このたびは緊急性のあった病院事業のみ補正予算の提出とさせていただいておりますので、こちらの調整交付金に関する国保特別会計の補正予算につきましては、次回の１２月定例会にて担当課より提出する予定となっています。併せてよろしくお願いいたします。

○中西委員長　ＣＴというのは、今の医療に欠かすことができない、昔で言えば聴診器に当たるようなものに等しいわけですけども、大変格安になるのかなということで私も驚いたんですけど、あらかじめ、３，３００万円ぐらいのこのＣＴ、大変安いと思うんですが、そのクラス分け、そしてこの特徴というのはどういうところにあるのか、これを御説明願いたいということをお願いしておりましたので、まず執行部からこの点について御説明をお願いしたいと思います。

○藤澤病院総括事務長　価格につきましてですが、今回、３，３００万円ということで上がっております。こちらにつきまして、日生病院、吉永病院の現行の機器につきまして申し上げますと、日生病院が２，５００万円程度のものです。吉永病院が４，４００万円程度のＣＴを、今、入れております。この価格の違いなんですが、大まかには、撮影が一度にできる、スライスができる列数、それからあとは管球の最大熱容量というものがございます。こちらで決まっていると聞いております。

備前病院の、今、導入しているＣＴ、並列数が８０列という、非常にたくさんのスライスが一度にできる機械となっております。日生病院、吉永病院については、今、１６列の撮影ができることになっております。先ほど申し上げました管球の熱容量なんですが、こちら側は数字が大きいほど連続で撮影ができる。撮影を１回するごとに熱を管球が持ってくるそうですので、最大で

きる撮影回数が、少ないと、一旦冷やしてから、それからまた撮影しなければいけないということで、撮影に時間がかかるということで、容量が大きいほど連続で撮影ができるというふうに聞いております。今現在、備前病院に導入していますＣＴの容量が８メガという数値になってます。日生病院が、今、２メガ、吉永病院が４メガということで、このあたりが価格に反映されて、先ほど申し上げました取得価額の違いとなっていると思っております。

ランク的なものなんですが、これはもうあくまで放射線技師さんの個人的な感覚で、正確なものではないそうなんですが、備前病院の、今、入れているＣＴが、大体５段階にすると４をちょっと切るぐらいだそうです。次に入れようとしているものが３をちょっと上回るぐらいかなということで、そうむちゃくちゃに落ちるわけではないということで聞いています。吉永病院のものにつきましては、今、平成２１年導入ということで、もうかなり年数がたってますので、性能のほうも言いますと、２をちょっと上回るぐらいかなというふうには聞いてます。

おおむね機器の状況については以上でございます。

○中西委員長　あと備前病院の今まで入ってたお金、ＣＴの金額、それから耐用年数はどのくらいなのか。

○小野田備前病院事務長　今回、故障しましたものにつきましては、取得価格として税抜きで５，４００万円程度になります。耐用年数は６年となっていまして、購入年度が平成２５年度の購入になっていますので、耐用年数は十分過ぎているとは思います。

○立川委員　管球のほうの調子が悪いというところを今、お聞きをしました。これ、原因としては何が考えられるんでしょうか。教えてください。

○小野田備前病院事務長　故障の原因というか、管球というものにつきましては、何回撮影をしたかで、基本的には切れるようなものになっています。普通の電球みたいなものなので。平成２５年度に購入しまして、１回目に管球を交換したのが８年間使って１度交換しています。今が丸５年、６年目になっていますので、大体、管球、どのぐらいで切れるのかなっていうのを、もちろん使う頻度にはよるんですが、大体５年から６年と、僕は昔、放射線技師から聞いたことがありますので、今回２回目も、今、６年目ということで、決して使い方が悪かったとかそんなんではなく、普通に使っていて消耗する時期を迎えたのかなと考えています。

○立川委員　経年劣化というところで、寿命かなという、今、お話をいただきました。５年で交換してるというふうにはお聞きをしとったんですけど、一応耐用年数もいいのかなという思いがしております。ただ、これ、金額、さっきおっしゃいましたように、当初、今の分は５，４００万円で買われたと。今度が３，３００万円と。そうランクは落ちませんよと。例えばさっき事務長、説明がありましたけど、４ちょっとが３半ばぐらい、３ちょっとということで、ワンランクぐらい、そう大したことないよというところのお話を聞かせていただきました。この金額が妥当と言えば妥当なんでしょうか。リースも御検討いただいたということだったんですが、どのぐらいの差があったんでしょうか。購入とリースと。

○小野田備前病院事務長　リースにつきましては、本体のリースというものはなかったです。管球をリースするというような形が、今、取られている手法でして、管球のリースをした場合に、備前病院の、これ、管球のリース、使う頻度によって金額が変わってくるんですけど、備前病院の今の使い方でしたら、月に１００万円程度要るというような形がリースだったので、三千数百万円ですから、十分、リースよりは購入したほうがいいのかなという判断に至っています。

○立川委員　１日８件ぐらい、平均で取っておると、月に１００万円ぐらいつくというところの、一応、お話がありました。ありがとうございました。

確認ですけど、この３，３００万円で、これ、設置、調整、この費用も全部入ってますか。大丈夫ですか。

○小野田備前病院事務長　全ての費用を含んで、今、この形になっています。

○立川委員　ありがとうございます。

それでは、現行、使っておられる機器、これ、当然エックス線なんで、放射線の管理区域ということで、これの処分の費用、かなりかかってくると思うんですけど、その処分の方法はどうなんでしょうか。

○小野田備前病院事務長　処分につきましては、購入業者のほうで処分費用も持っていただくというような形で、今は話を進めています。

○立川委員　そういったところがしっかりとカバーされておるんなら、これ以上、お尋ねすることはありません。

○藤澤病院総括事務長　先ほどの性能の説明のところで、今度買おうとしているものの説明が漏れておりましたので。今度買おうとしているものが６４列になります。管球の容量につきましては２メガと聞いております。２メガは低いように思いますけども、昔と比べていろいろ技術が向上しているということで、性能としては３を少し上回るぐらいと聞いております。

○中西委員長　あと富士フイルムは備前病院に入るのは初めてですか、３病院の中では。

○小野田備前病院事務長　ＣＴについては、富士フイルムは今回、初めてになっております。

○中西委員長　サービス上、後発の問題はありませんか。

○小野田備前病院事務長　レントゲンのほうで、放射線科のほうでほかの機器、富士フイルムが入ってるのもありますので、特段、今のところ、大きな問題はありません。

○中西委員長　ほかありませんか。ないですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、質疑を終了してよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。

これより議案第１０５号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第１０５号は、原案のとおり可決されました。

以上で議案第１０５号の審査を終わります。

以上で厚生文教委員会を終了いたします。

御苦労さまでした。

午前１０時０７分　閉会